

Pointoselect dijital DT

Kulak ve Tüm Vücut Akupunkturu için
Entegre PuTENS Stimülasyon özellikli
Dijital Nokta Bulucu

Pointoselect dijital DT,

insan vücudunda bulunan kulak ve vücut akupunktur noktalarının yerini belirlemek, değerlendirmek ve tedavi etmek amacıyla tasarlanmıştır. Cihazımız, akupunktur noktalarının yerlerini hem otomatik hem de manuel olarak tespit edebilmektedir.



Üst kayıt No: 8681999006031

Frekans aralığı (kısmen 128 üzerinden bölünmüştür.)

Nogier	Bahr	Reininger/Bahr'ın meridyen frekansları
A 2.3 Hz	1 4.6 Hz	1 6.44 Hz Akciğer
B 4.6 Hz	2 9.4 Hz	2 4.32 Hz Kalın bağırsak
C 9.1 Hz	3 18.7 Hz	3 3.68 Hz Mide
D 18.3 Hz	4 37.5 Hz	4 5.48 Hz Dalak / Pankreas
E 36.5 Hz	5 74.9 Hz	5 3.88 Hz Kalp
F 73.0 Hz	6 149.9 Hz	6 6.18 Hz İnce Bağırsak
G 146.0 Hz	7 2.3 Hz	7 5.21 Hz Mesane
		8 4.77 Hz Böbrek
		9 4.14 Hz Dolaşım Sistemi
		10 5.72 Hz Uclu Isıtıcı
		11 4.55 Hz Safra Kесе

8. KUTU İÇERİĞİ

Ürün No.	Açıklama	Miktar
200506	Pointoselect dijital DT	1
200507	El probu	1
250200	El elektrotu	1
602000	Pil	1
106242	5.24 kablo	1
106752	Kemere bağlama kancası	1
100858	Kullanma Kılavuzu	1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı: 9 V pil

Boyutlar: yaklaşık 115 x 60 x 30 mm

Ağırlık: yaklaşık 123 g (aksesuarsız)

Akım tüketimi: yaklaşık 17 mA

(sinyal sesi olmadan)

yaklaşık 30 mA (sinyal sesi ile)

Darbe formu: 20 kΩ yük altında maksimum stimülasyon dalgası

Stimilatör

Akım tüketimi: yaklaşık. 28 mA

(20 kΩ yük altında 128 Hz ve 120 µs)

Çıkış voltajı: 200 V (20 kΩ yük altında)

Frekans aralığı: 2-128 Hz

Dalga genişliği: 60-120 µs

Tıbbi Cihaz Bilgileri

Tanımlayıcı Bilgiler	
Ürün Tanımı:	Pointoselect digital DT - Serie B - Akupunktur nokta bulucu
Birincil Ürün Numarası:	8681999006031 (GS1)
Firma:	2667269172805 - HOLİMER İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı)
Marka:	Pointoselect digital DT
Ürün Adı:	Akupunktur nokta bulucu
Ürün Künyesi:	Ürün Künyesi.pdf
Türkçe Etiket:	Türkçe Etiket.pdf
Orijinal Etiket:	etiket TS-Pointoselect digital.jpg
Versiyon/Model:	Serie B
Referans/Katalog No:	
İçerikteki Ürün Sayısı:	1
Ürün Açıklaması:	Alman menşeli, akupunktur nokta dedektörü

Sınıflandırma Bilgileri	
Sınıf:	Sınıf-IIa
GMDN:	34497 - Akupunktur noktası dedektörü
Branş Türü Kodu:	657-STİMÜLATÖR

SUT Kodları	
SUT Kodu:	Yok

Ürün Görselleri	
Ürün Görsel Dosyası	↑↓
pointoselect digital dt.jpg	
	↓

Özellikler	
MRG Güvenlik Bilgisi:	Bilgi Bulunmuyor
Lateks içeriyor mu?:	Hayır
Ftalat/DEHP içeriyor mu?:	Hayır
Ürün iyonize radyasyon içerir mi?:	Hayır
Ürün nanomateryal içeriyor mu?:	Hayır
Tek kullanımlık mı?:	Hayır
Ürünün sınırlı kullanım sayısı var mı?:	Hayır
Tek bir hastaya mı kullanılabilir?:	Hayır

Saklama/Kullanım Koşulu Bilgileri	
Saklama ve/veya Koşulu Gerektiriyor mu?:	Hayır

Durum Bilgileri	
Durum:	Kayıtlı
Tekil Ürün Durumu:	Tekil ürün hiç dahil edilmemiş.
Ürün Tipi:	Tıbbi Cihaz
Güncellenme Tarihi:	24/05/2018
ÜTS Başlangıç Tarihi:	23/05/2018
Durum Tarihi:	24/05/2018

İthal/İmal Bilgileri	
İthal/İmal Bilgisi:	İthal
Menşei Ülke:	Almanya
İthal Edilen Ülke:	Almanya
GTİP Numarası:	9019.10.90.00.00 ()
Yerli Malı Belgesi Var mı?	Hayır

Ürün Belgeleri	
Belge No	↑↓
Belge Türü	↑↓
9172805-KK9	Kullanma Kılavuzu
	↓