

POINTOSELECT Dijital DT

Bilgilendirme Broşürü

Pointoselect Dijital DT;

Kulak ve Tüm Vücut Akupunktur için Entegre PuTens Stimülasyon özellikli Dijital Nokta Bulucu. İnsan Vücudunda bulunan kulak ve vücut akupunktur noktalarının yerini belirlemek, değerlendirmek ve tedavi etmek amacıyla tasarlanmıştır. Cihazımız akupunktur noktalarını hem otomatik hem de manuel olarak tespit edebilmektedir.



ÜTS KAYIT NO: 8681999006031



FREKANS DEĞER TABLOSU

NOGIER	BAHR	REININGER/BAHR MERİDYEN FREKANSLARI
A 2.3 Hz	1 4.6 Hz	1 6.44 Hz Akciğer
B 4.6 Hz	2 9.4 Hz	2 4.32 Hz Kalın Bağırsak
C 9.1 Hz	3 18.7 Hz	3 3.68 Hz Mide
D 18.3 Hz	4 37.5 Hz	4 5.48 Hz Dalak/Pankreas
E 36.5 Hz	5 74.9 Hz	5 3.88 Hz Kalp
F 73.0 Hz	6 149.9 Hz	6 6.18 Hz İnce Bağırsak
G 146.0 Hz	7 2.3 Hz	7 5.21 Hz Mesane
		8 4.77 Hz Böbrek
		9 4.14 Hz Dolaşım sistemi
		10 5.72 Hz Uclu Isıtıcı
		11 4.55 Hz Safra Kесе

* Frekans aralığı kısmen 128 üzerinden bölünmüştür.

KUTU İÇERİĞİ

Ürün No	Açıklama	Miktar
200506	Pointoselect Dijital Dt	1
200507	El Robotu	1
250200	El Elektrotu	1
602000	Pil	1
106242	5.24 Kablo	1
106752	Kemere Bağlama Kancası	1
100858	Kullanma Klavuzu	1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı: 9 V pil

Boyutlar: 115 x 60 x 30 mm

Ağırlık: 123 gr (AkSESUARSIZ)

Akım Tüketimi: 17 mA (Sinyal sesi almadan)
30 mA (Sinyal sesi ile)

Stimilatör Akım Tüketimi: 28 mA (20 kΩ yük altında 128 Hz ve 120 µs)

Çıkış Voltajı: 200 V (20 kΩ yük altında)

Frekans Aralığı: 2-128 Hz

Dalga Genişliği: 60 - 120 µs

Darbe Formu: 20 kΩ yük altında maksimum stimülasyon dalgası